



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 CE22.4973X
Certificate No.

产品名称 Name of Product	多变量差压式质量流量计
型号及规格 Type of Product	MMF-□1-MA-□2-NR-HT
防爆标志 Marking	Ex ia II C T4 Ga
技术文件 Technical Documents	Q/020MKY03—2022
图 号 Drawing No.	ZZT-MMF-T16S-01、ZZT-MMF-T26B-01、 ZZT-MMF-T40C-01、ZZT-MMF-UD-01
备 注 Note (s)	本证书备注内容详见附件。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021

GB/T3836.4-2021

发 给: 迈科洛(广州)仪表有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2027-10-26

Date of Expire:

发证日期: 2022-10-26

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三路85号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>