

银蛇（广州）医疗科技有限公司

使用数字减影血管造影装置项目竣工环境保护验收意见

根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(国务院令 682 号)、原环境保护部《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》(国环规环评[2017]4 号)等有关法律法规,以及项目环境影响评价文件及其批复要求,于 2022 年 7 月 26 日,由建设单位、环评单位、技术评审专家、验收监测机构等代表共同组成的验收组(验收组名单附后)对银蛇(广州)医疗科技有限公司新增 1 台 DSA 进行竣工环境保护验收。验收组审阅了《银蛇(广州)医疗科技有限公司使用数字减影血管造影装置项目竣工环境保护验收监测报告表》,经讨论形成意见如下:

一、工程建设基本情况

银蛇(广州)医疗科技有限公司位于广州市番禺区石楼镇创启路 63 号创智 29 号楼,本项目于创智 29 号楼 1 楼建设 1 间 DSA 室及其配套功能房间,并在 DSA 室内安装使用 1 台 CGO-2100 Plus 型 DSA(属于 II 类射线装置,最大管电压/管电流: 125kV/1000mA)。

本项目环评文件于 2020 年 5 月 11 日取得《广东省生态环境厅关于银蛇(广州)医疗科技有限公司使用数字减影血管造影装置项目环境影响报告表的批复》,批复文号:(粤环审【2020】91 号)。

2020 年 10 月,该项目编制了《银蛇(广州)医疗科技有限公司使用数字减影血管造影装置项目设备更换辐射安全分析报告》,并于 2021 年 11 月 9 日备案。

2021 年 11 月 19 日银蛇(广州)医疗科技有限公司申领了《辐射安全许可证》(粤环辐证[A8094])。在此期间无环境投诉、违法或处罚记录等。

二、工程变动情况

本项目实际建成情况与环评文件及其批复、辐射安全分析报告内容一致。

三、环境保护设施建设情况

该项目落实了环评文件及其批复要求的辐射安全与防护设施、措施。

四、辐射环境监测结果

1、DSA 室周围剂量当量率监测结果满足《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020)。

2、辐射工作人员年有效剂量和公众估算年有效剂量满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002), 同时满足环评批复的年剂量约束值要求。

五、验收结论

项目落实了环评文件及其批复的要求, 符合项目竣工环境保护验收条件, 验收组同意该项目通过竣工环境保护验收。

验收工作组:

方俊 邓飞 王强
李强 叶惠超
陈运光 李明

2022 年 7 月 26 日

银蛇（广州）医疗科技有限公司使用数字减影血管造影装置

项目竣工环境保护验收签到表

2022 年 7 月 26 日

[illegible]